

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 函

710

臺南市永康區中華路196之14號10F

地址：70151臺南市東區林森路1段418號

承辦人：胡穎綺

電話：(06)2679751分機217

傳真：(06)2682964

電子信箱：a00552@tncghb.gov.tw

受文者：社團法人台南市牙醫師公會

發文日期：中華民國110年4月19日

發文字號：南市衛食藥字第1100062968號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：台灣曲克股份有限公司之「"曲克" 血栓過濾網回收組」(衛署醫器輸字第015770號)(批號：E4022045)醫療器材回收一案，請轉知所屬會員配合廠商回收，請查照。

說明：

- 一、依新北市政府衛生局110年4月15日新北衛食字第11006927711號函辦理。
- 二、案係旨揭公司說明，旨揭批號產品可能包含外徑為0.038英寸的不正確TFE塗層的直導線，而不是外徑為0.035英寸的導線，可能會導致擴張器難以通過導線進入患者體內，故啟動回收。為保障民眾用藥安全，依藥事法第80條，請轉知所屬會員配合廠商辦理旨揭產品回收相關事宜。

正本：社團法人台南市醫師公會、台南市診所協會、社團法人台南市牙醫師公會、社團法人台南市藥師公會、台南市藥劑生公會、社團法人臺南市南瀛藥師公會、大臺南藥劑生公會、社團法人大臺南中醫師公會、社團法人台南市中醫師公會、台南市醫療器材商業同業公會、臺南市直轄市醫療器材商業同業公會、台南市西藥商業同業公會、臺南市南瀛西藥商業同業公會

副本：

局長許以霖

本案依分層負責規定授權主管科長決行

收文日期: 110年4月27日		第 433 號	簽章 理事長 王俊凱
批示日期: 110年4月27日			
批 示 項 目	☒ 存查		
	☐ 轉知		
	1. 全體會員	2. 學術主委	3. 健保主委
	4. 環保主委	5. 口衛主委	6. 聯誼主委
	7. 總務主委	8. 資訊主委	9. 偏遠主委
	10. 公關主委	11. 法令主委	12. 醫事主委

花PO
藍禮網
金